



TECHNICKÝ LIST

DES CONTROL DES 05 a DES 10

Popis: Samolepicí test tepelné dezinfekce

Kód výrobku: DES 05 (200 ks) a DES 10 (200 ks)

Výrobce: INFORMER MED, Winogrody 118, 61-626 Poznań

Expirace: 3 roky od data výroby

Číslo šarže a datum expirace je uvedeno na každém jednotlivém balení a na každé krabici se 200 kusy a na každém indikátoru

Balení: 200 ks

Nebezpečné substance: výrobek neobsahuje těžké kovy ani žádné jiné nebezpečné látky, neobsahuje latex

Účel použití: Kontrola účinnosti termální dezinfekce v procesu mytí a dezinfekce nástrojů při teplotách a časech 5 min/90 st.C a 10 min/93 st.C

Zatřídění: V souladu s normou 15883

Skladování: Skladujte při pokojové teplotě, nevystavujte zdrojům světla

INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. (061) 66 43 850, fax (061) 66 43 855
REGON 639721294 NIP 779-20-99-241

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Poland, tel.: +48 61 6643850, fax +48 61 6643819

e-mail: biuro@informer-med.com.pl, www.informer-med.com.pl

NIP 7792099241, REGON 639721294, KRS 0000005799